

Procedimiento operativo estandarizado de
RECOGIDA Y ENTREGA DEL MATERIAL QUIRÚRGICO

POE – HURS - 047 – V. 2

Fecha entrada en vigor: 06/10/2017

FECHA	REALIZADO: Octubre 2017	REVISADO: Octubre 2017	APROBADO: 06/10/2017
NOMBRE	Mª Teresa Rayego Álvarez Francisca Magdaleno Madueño Inmaculada Moreno Martínez	Lourdes Jurado Sendra	
CARGO	Auxiliar de Enfermería de la Unidad de Esterilización Auxiliar de Enfermería de la Unidad de Esterilización Auxiliar de Enfermería de la Unidad de Esterilización	Supervisora de la Unidad de Esterilización	Directora Gerente
FIRMA			
Responsable de revisión Lourdes Jurado Sendra			Fecha de revisión 2020
Lugar de archivo UNIDAD DE CALIDAD			Responsable custodia Mª José Berenguer García

1. OBJETO

Describir el procedimiento de recogida y entrega del material quirúrgico para su procesamiento, de forma programada o urgente, en la Unidad de esterilización.

2. ALCANCE

Este POE es de uso exclusivo para los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) y afecta a todo el personal implicado en la atención y cuidados del paciente y familia en las diferentes áreas asistenciales dentro del Complejo Universitario Reina Sofía así como a la Empresa Externa Garante.

Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o quiere hacer alguna mejora u observación, puede dirigirse Lourdes Jurado Sendra, en el teléfono: 697950751 (corporativo: 750751) y correo electrónico lourdes.jurado.sspa@juntadeandalucia.es

3.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

1. Material quirúrgico
2. Registro del material enviado por el área quirúrgica, (RG-0002) (Anexo 1)
3. Cronograma de tiempos de los circuitos (Anexo 2)

4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El tiempo empleado en el Proceso de Esterilización del material quirúrgico en la Unidad de Esterilización, dependerá de la urgencia del instrumental enviado, del circuito elegido y del sistema de esterilización necesario.

4.1 Normas generales:

1. Todo instrumental quirúrgico tiene que estar correctamente identificado y llevar su registro cumplimentado (RG-0002)(Anexo1)
Si el instrumental/contenedor es “Preferente” o “Urgente”, tiene que quedar reflejado.
2. El material quirúrgico que se procese en oxido de etileno (OE) no se considera como urgente, (el programa del OE. tarde de 24 a 48h).
3. La entrega y recogida del material quirúrgico fuera del horario de la Empresa Externa Garante, corre a cargo del Celador del quirófano/servicio de donde se produzca dicha urgencia.
4. El instrumental quirúrgico que se recoja en sábados, domingos y festivos, tiene que llegar lavado y configurado.
5. El instrumental reclamado, **SIN** registro y que no se pueda acreditar su entrada en la Unidad de Esterilización, no se considerara como incidencia o reclamación.

4.2 Circuitos:

1. Circuito **ORDINARIO**. Es el circuito que recoge y entrega material quirúrgico de manera programada según horario establecido (Anexo 2).

En este circuito, el material quirúrgico procesado será colocado por el Personal de la Empresa Externa Garante en el lugar y horario establecido.

2. Circuito **PREFERENTE**. Se aplicara este circuito a aquel material quirúrgico, que no siendo urgente, debe procesarse sin demora. Una vez procesado el material quirúrgico estéril, se remitirá en el primer circuito programado (Anexo 2).

En este circuito, el material quirúrgico procesado será colocado por el Personal de la Empresa Externa Garante en el lugar y horario establecido.

Tiempos del Circuito PREFERENTE:

	Tren de lavado	Configurar caja	Esterilización	Traslado
Instrumental sin lavar	1H	10 -15 min./caja- Instrumental	1,15H- 1,30H	Primer reparto ordinario
Instrumental lavado			1,15H- 1,30H	Primer reparto ordinario

3. Circuito **URGENTE**. Se aplicara este circuito a aquel material quirúrgico, que debe de procesarse de forma inmediata. El Personal de quirófano deberá ponerse en contacto con el Personal de la Empresa Externa Garante en el teléfono: 660995408 para informarle que tiene un material quirúrgico urgente que llevar a la Unidad de Esterilización.

Se llamara previamente por teléfono: 510009/510234 a la Unidad de Esterilización para dejar autoclave libre, en caso de extrema urgencia.

El tiempo de respuesta, desde que el material quirúrgico llega a la Unidad de Esterilización, hasta que sale estéril, es aproximadamente de **2,15 h**, según sistema de esterilización elegido.

El material quirúrgico procesado será devuelto por el Personal de la Empresa Externa Garante sin demora al área quirúrgica correspondiente, en el lugar establecido para las entregas urgentes.

En este circuito es obligatorio que el material quirúrgico, llegue **limpio y configurado**. Todo el material que no llegue de esta forma pasara al **circuito Preferente**.

Tiempos del Circuito URGENTE:

	Tren de lavado	Configurar caja	Esterilización	Traslado
Instrumental "siempre" Lavado y configurado			1,30H- 1,45H	Sin espera

NOTA:

Excepcionalmente, los contenedores quirúrgicos como las prótesis de rodilla, llegaran con carácter URGENTE, para su proceso completo.

5. BIBLIOGRAFÍA

1. Norma ISO 9000:2005 Sistema de gestión de la calidad.
2. Manual de “Esterilización en Centros Sanitarios”, Fundación para la investigación Sanitaria en Castilla –La Mancha.
3. Palanca Sanchez I(Dir.9,Ortiz Valdepeñas J (Coord. Cient.), Elola Somoza j ((Dir.), Bernal Sobrino JL (Comit. Redac.), Paniagua Cparrós JL (Comit. Redac.), Grupo de Expertos. Unidad central de esterilización : estándares y recomendaciones.Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,2011.
4. Guía para la Gestión del Proceso de Esterilización. Comisión INOZ.

6. ANEXOS

AX01 – POE 47. Registro del material enviado por el área quirúrgica, (RG-0002)

AX02 – POE 47. Cronograma de tiempos de los circuitos

7. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

Este procedimiento se puede consultar en la web del hospital http://hrs3.hrs.sas.junta-andalucia.es/index.php?id=profesionales_proced_generales

Y se ha remitido por correo electrónico a:

NOMBRE Y APELLIDOS	SERVICIO / UNIDAD	FECHA
Valle García Sánchez	Directora Gerente	OCTUBRE 2017
Antonio Llergo Muñoz	Coordinador Asistencial	OCTUBRE 2017
Pilar Pedraza Mora	Directora de Enfermería	OCTUBRE 2017
Amparo Simón Valero	Directora Económico - Administrativa	OCTUBRE 2017
José Luís Gómez de Hita	Director de Servicios Generales	OCTUBRE 2017
Juan Alfonso Sereno Copado	Director de Personal	OCTUBRE 2017

AX02 – POE 47. CRONOGRAMA DE TIEMPOS DE LOS CIRCUITOS.

CIRCUITO ORDINARIO DE ENTREGA / RECOGIDA MATERIAL QUIRÚRGICO EN ESTERILIZACIÓN.

a) Horarios y Tiempos de recogidas y entregas del material quirúrgico de lunes a viernes:

Circ.	Salida Unidad	Hospital General					Hospital Materno - Infantil				Hospital Provincial		Hop. Moral.	Llegada Unidad	Lav.
		Punto Estéril	Q. Urg.	Q. 1ª PI	UCI G.	E. Nuevo	Q. Materno	Q. Infantil	Q. 3ª PI	Partos	Punto Estéril	Qui.	Qui.		
1º	7:00	7:00	7:05	7:10			7:15	7:20	7:25	7:25	7:30	7:35		8:00	8:30
		10:00													
2º	11:30	12:20	11:30	11:40					11:50	11:50		12:00		12:30	
3º	14:00		14:40	14:45			14:05	14:10	14:15	14:15		14:25		15:00	
4º	16:00	16	16:10	16:15			16:20	16:25	16:30	16:30	16:40	16:50	15:20	17:00	
5º	19:00		19	19:10								19:20	18:00	19:30	
6º	20:30		20:30	20:40	20:50	21:00	21:10	21:20	21:30	21:30		21:40		21:50	

* En todos los circuitos se entrega y/o recoge material quirúrgico

* El Circuito Urgente, es aparte del Circuito Ordinario, siempre que reúna las condiciones indicadas.

b) Horarios y Tiempos de recogidas y entregas del material quirúrgico en sábado, domingo y festivos:

Circ.	Salida Unidad	Hospital General					Hospital Materno - Infantil				Hospital Provincial		Hos. Moral.	Llegada Unidad	Lav.
		Punto Estéril	Qui. Urg.	Qui. 1ª PI	UCI G.	E. Nuevo	Q. Materno	Q. Infantil	Q. 3ª PI	Partos	Punto Estéril	Qui.	Qui.		
1º	8.00	8:05	8:10	8:15			8:20	8:30	8:40	8:40				9.00	9:05
		10:00													
2º		12:20													
3º	14.00	14:05	14:10	14:15			14:20	14:30	14:40	14:40				15.00	
4º															
5º	19.30		20:00	20:10	20:50		19:35	19:40	19:45	19:45				20.20	
6º															

* En todos los circuitos se entrega y/o recoge material quirúrgico

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL POE DEL POE PARA VERSIÓN V 3.

Fecha	Modificación Introducida	Revisado por:	Aprobado por:
Septiembre 2017	<p>1. Pagina 3. En el párrafo 7 se ha añadido 2.15 h. quedando de la siguiente forma:</p> <p>El tiempo de respuesta, desde que el material quirúrgico llega a la Unidad de Esterilización, hasta que sale estéril, es aproximadamente de 2,15 h. según sistema de esterilización elegido.</p> <p>2. Página 4. Se incorpora el siguiente párrafo:</p> <p><u>NOTA:</u></p> <p><u>Excepcionalmente, los contenedores quirúrgicos como las prótesis de rodilla, llegan con carácter URGENTE, para su proceso completo.</u></p>	Lourdes Jurado	

Observaciones: