

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

CONTRASTE ECOGRÁFICO HEXAFLUORURO DE AZUFRE

MATERIAL NECESARIO

- Jeringa precargada con 5 ml de cloruro sódico al 0,9 %.
- Vial con polvo liofilizado de Hexafluoruro de azufre.
- Sistema de transferencia.

PROCEDIMIENTO

Conectar el émbolo a la jeringuilla, enroscándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Abrir el blister del sistema de transferencia MiniSpike y extraer el tapón de la jeringuilla.

Abrir el tapón del sistema de transferencia y conectar la jeringuilla enroscándola en el sentido de las agujas del reloj.

Retirar el disco de plástico protector del vial.

Deslizar el vial en la lámina transparente del sistema de transferencia y presionar firmemente para ajustar el vial en su sitio.

Vaciar el contenido de la jeringuilla en el vial, empujando el émbolo.

Agitar vigorosamente durante 20 segundos para mezclar los contenidos del vial (líquido lechoso).

Invertir el sistema y extraer cuidadosamente SonoVue en la jeringuilla.

Desenroscar la jeringuilla del sistema de transferencia.

Administrar inmediatamente mediante una inyección en una vena periférica.