

Dosis única

Vía **I.M en deltoides**
 Dosis **0,5 ml**
 Edad **Edad: >= 18 años**



Sin perforar el vial

2º/8º **3 meses**

Vial perforado

2º/8º **6 horas**

Tª ambiente <25º **3 horas**



SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS

los **5+2** correctos

Paciente **correcto**

Vacuna **correcta**

Intervalo **correcto**

Dosis **correcta**

Vía **correcta**

Lugar anatómico **correcto**

Documentación **correcta**



1 REGISTRAR

Cartilla vacunal
Diraya



2 VACUNAR



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19 DE JANSSEN (JOHNSON & JOHNSON)

1



Viales multidosis
No precisa dilución.
Cada vial contiene 2,5 ml de líquido vacunal, para preparar **5 dosis** *.

2




Atemperar el vial fuera del frigorífico. Antes de la extracción de la dosis, girar suavemente el vial 10 segundos en posición vertical, sin agitar.

3



Antes de abrir el vial, la vacuna se presenta como una solución incolora o ligeramente amarilla. Si la vacuna presenta partículas o decoloración debe desecharse.

4



Desinfectar el tapón del vial con alcohol 70º o clorhexidina 2% y dejar secar. Extraer **5 jeringas** * con 0,5 ml del vial.

5



Anotar la hora de la apertura

6



Administrar con aguja 23G o 25G



* Si después de extraer las 5 dosis del vial se pueden extraer dosis adicionales de 0,5 ml, emplearlas todas.

Muy recomendable el empleo de jeringas BD Flu+ de escala 0,5 ml para Janssen.

Se recomienda usar la misma aguja para extraer y administrar cada dosis.

Si se cambia de aguja para la inyección, introducir pequeña cantidad de aire antes de retirar la primera aguja para evitar pérdidas de producto por cambio de aguja.

No combinar el excedente de vacuna de viales diferentes.

Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.

